**計測機器メーカーならではの高品質！**
**民間、官公庁、運送会社、電力、銀行などにも導入実績があります。**

# アルコールチェッカー本体 FA-900

- ●5 秒間吹き込むだけの簡単測定
- ●パソコン不要、99 件メモリー機能付き
- ●脱着式マウスピース使用で常に衛生的
- ●単 4 アルカリ電池 2 本で約 800 回測定可能
- ●日本製高精度センサー採用
- ●センサー交換時期は液晶画面でお知らせ
  （センサー交換有償）

| 商品コード | 型式 | 価格（￥） |
|---|---|---|
| 822-80-26-02 | FA-900<br>（本体） | 12,800 |
| 822-80-26-03 | FA-900MP<br>（専用マウスピース） | 800／10個 |

- ●検知方式：半導体ガスセンサー
- ●対象ガス：吸気中アルコール
- ●表示結果範囲：0.00、0.05 ～ 0.25mg/L
- ●サンプリング方式：吸気直接吹込み方式
- ●測定時間：約 5 秒
- ●使用温度：0℃～ 40℃（湿度 80%以下結露なきこと）
- ●保管温度範囲：-20℃～ 60℃（湿度 80%以下結露なきこと）
- ●表示内容：日付、時間、測定待ち時間、測定結果、電池残量、センサー交換メッセージ
- ●データメモリー数：99 件（99 件以降 1 件目より上書き保存）
- ●機能：データメモリー機能、オートパワーオフ機能（最後のスイッチ操作 30 秒後）
- ●外形寸法：W45mm×D25mm×H155mm
- ●重量：約 100g（電池含む）

裏面の注意事項等もご覧ください。

## ご使用にあたっての注意事項

※アルコールチェッカーのセンサーには寿命があります。見かけ上の動作に問題がなくても感度が変わってしまったり、アルコールを検知しなくなっている場合もありますのでご注意ください。
※センサー交換マークが表示された場合又は購入から1年以上経過している場合は、センサー交換もしくは新しい製品との交換を行ってください。

## 正しく測定していただく為に

アルコール成分以外の一酸化炭素、揮発成分、化学物質等に反応することがあります。以下の項目に該当する場合は、測定直前に必ず水でうがいをし、20分以上経過してから測定して下さい。

- ●食事後（特にパンや納豆等発行食品）
- ●栄養ドリンクや飲料
- ●喫煙直後
- ●薬の服用後
- ●ガムやタブレットを食べた直後
- ●歯磨きや洗口剤使用後
- ●口臭による場合
- ●体内からの発酵ガス

## メンテナンス（有償定期点検）

本製品は定期的なメンテナンスを行い、精度を保つ必要があります。
定期点検を行わずに使用を続けた場合は、測定値や測定精度に狂いが生じます。必ずメンテナンスを実施して下さい。
定期点検時期が来ましたら、ご購入先へ連絡して下さい。

## メンテナンス時期

次のどちらかの時期に達した場合

- ●測定回数が 3000 回を超え、動作時の表示画面に「Sensor Check」と表示された場合
- ●購入してから 1 年が経過した場合（使用回数に関わらずメンテナンスが必要です）

TGK 東京硝子器械株式会社
東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台
0120-393913 https://www.tgk.co.jp

| | | |
|---|---|---|
| 本　　社 | 電話 | 03(3252)3461 (代表) |
| 大阪営業所 | 電話 | 06(4800)3939 |
| 名古屋営業所 | 電話 | 052(238)6075 |
| 福岡営業所 | 電話 | 092(643)8645 |
| 仙台営業所 | 電話 | 022(772)7669 |
| 札幌営業所 | 電話 | 050(6868)2001 |

各営業所共通
フリーダイヤル FAX 0120-823445